AOB-Rumpforthese

Gebrauchsanweisung
User Manual

CE

www.teufel-international.com
www.wjt-ortho.com

WJT ORTHO

Inhalt

Beschreibung	DE-2
Indikation	DE-2
Kontraindikation	DE-2
Funktion	DE-2
Abrechnungsposition	DE-3
Medizinprodukt	DE-3
Sicherheit	DE-3
REF/Größen	DE-4
Lieferumfang	DE-5
Zubehör	DE-6
Anwendung/Anpassung	DE-7
Komfort/Hygiene	DE-8
Material	DE-8
Produktpflege/Reinigung/Wartung	DE-8
Lagerung/Entsorgung	DE-9
Zeichenerklärung	DE-9

Beschreibung

AOB-Rumpforthese, AOB-Verschluss und AOB-Reklinationsbügel sind Halbfertigteile zur Herstellung von Rumpforthesen. Jedes Teil muss vom Orthopädie-Techniker nach den ärztlichen Vorgaben individuell für den Patienten ausgesucht und zugerichtet werden. Die AOB-Rumpforthese wird als anatomisch vorgeformter Rumpforthesenrohling aus 3 mm dickem LDPE geliefert. Der AOB-Verschluss ist komplett vorgefertigt. Zur Befestigung des Verschlusses an der AOB-Rumpforthese werden 6 Blindnieten mitgeliefert. Die AOB-Reklinationsbügel sind aus vorgeformten, winkelverstellbaren Aluminiumschienen hergestellt, die jeweils mit einer gepolsterten Pelotte versehen sind. Zur Verbindung der beiden Pelotten wird ein Ledergurt mitgeliefert. Bei richtig angelegter Orthese wird durch den Form- und Kraftschluss Druck auf das Abdomen ausgeübt und die Wirbelsäule stabilisiert. Eine optimale Einschränkung der Inklination und Rotation wird mit den zusätzlich angebrachten Reklinationsbügeln erreicht.

Indikation

- Zur Fixierung / Ruhigstellung der Wirbelsäule im lumbo-sakralen und thorako-lumbalen Bereich
- Bei konservativer Behandlung schmerzhafter, instabiler Wirbelsäulensegmente, z.B. degenerativen Erkrankungen der Wirbelsäule (Spondyloarthropathie, Osteoporose, Bandscheibendefekte, etc.)
- Nach Trauma (Wirbelfrakturen, Kompressionsfrakturen)
- Postoperativ einsetzbar zur Sicherung des OP-Ergebnisses (Segmentstabilisierung)
- Präventiv einsetzbar bei Risikopatienten

Kontraindikation

- Fehlende Patienten-Compliance

Funktion

- Ruhigstellung und Stabilisierung der Wirbelsäule

Abrechnungsposition

Vorgesehen für HMV-Nr.: 23.15.01.0XXX

Medizinprodukt

MD Die AOB-Rumpforthese ist ein Medizinprodukt.

⚠ Sicherheit

- Vor der Benutzung ist eine individuelle Anpassung des Produktes und eine Einweisung in den Gebrauch durch einen erfahrenen Orthopädietechniker entsprechend der ärztlichen Anweisung erforderlich.
- Falsche Auswahl, Anpassung, Anwendung und/oder mangelhafte Kontrolle der Passform des Produktes können zu gesundheitlichen Schäden führen.
- Die Orthese vor jedem Anlegen auf Beschädigungen überprüfen (z. B. lockere Verbindungen, Verschlüsse, Gurte, etc.).
- Bei Textilprodukten ist zu beachten, dass das Abtrennen des Einnähetiketts nicht zulässig ist.
- Bei vermuteten Leistungsstörungen (z. B. dem Gefühl einer nachlassenden oder unzureichenden Wirkung) muss unverzüglich der Arzt oder Orthopädietechniker aufgesucht werden.
- Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sind der Wilhelm Julius Teufel GmbH und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie niedergelassen sind, zu melden. „Schwerwiegendes Vorkommnis" bezeichnet ein Vorkommnis, das direkt oder indirekt eine der nachstehenden Folgen hatte, hätte haben können oder haben könnte:
  a) den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person,
  b) die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen,
  c) eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit.
- Die Orthese nie auf verletzter Haut tragen.
- Die Orthese muss regelmäßig von einem Arzt oder Orthopädietechniker auf ihre Funktion, korrekten Sitz und eventuelle Beschädigungen überprüft werden. Die Abstände der Kontrollen sind für jeden Patienten individuell festzulegen.
- Sollte das Produkt einer unverhältnismäßig starken Belastung ausgesetzt gewesen sein, muss es vor der weiteren Verwendung von einem Orthopädietechniker auf mögliche Schäden überprüft werden.
- Unzuträglicher Druck durch die Orthese kann zu Hautschädigungen und Durchblutungsstörungen führen und muss daher vermieden werden.
- Das Produkt ist zur Anwendung an einem Anwender vorgesehen und nicht zur Wiederverwendung bei weiteren Personen geeignet!

REF/Größen

AOB Version Standard

Lordose 0°					
REF	**Produkt**	**Brustum-fang/cm**	**Taillenum-fang/cm**	**Hüftum-fang/cm**	**Größe**
22.005.007.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 7	84	76	87	7
22.005.009.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 9	89	81	92	9
22.005.011.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 11	94	87	97	11
22.005.013.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 13	99	92	102	13
22.005.015.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 15	102	97	109	15
22.005.017.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 17	114	100	114	17
22.005.019.00	AOB 0°Lord. Standard Gr 19	117	104	117	19

Lordose 15°					
REF	**Produkt**	**Brustum-fang/cm**	**Taillenum-fang/cm**	**Hüftum-fang/cm**	**Größe**
22.002.007.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 7	84	76	87	7
22.002.009.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 9	89	81	92	9
22.002.011.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 11	94	87	97	11
22.002.013.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 13	99	92	102	13
22.002.015.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 15	102	97	109	15
22.002.017.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 17	114	100	114	17
22.002.019.00	AOB 15°Lord. Standard Gr 19	117	104	117	19

AOB Version Stark

Lordose 15°					
REF	Produkt	Brustum-fang/cm	Taillenum-fang/cm	Hüftum-fang/cm	Größe
22.102.007.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 7	84	76	87	7
22.102.009.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 9	89	81	92	9
22.102.011.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 11	94	87	97	11
22.102.013.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 13	99	92	102	13
22.102.015.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 15	102	97	109	15
22.102.017.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 17	114	100	114	17
22.102.019.00	AOB 15°Lord. Stark Gr 19	117	104	117	19

Lieferumfang

Lordose 0°, Standard (geringe Taillierung)

REF	Produkt
22.005.0XX.00	AOB 0°Lord.Standard
90.395.080.01	AOB_UserManual_DE_EN

Lordose 15°, Standard (geringe Taillierung)

REF	Produkt
22.002.0XX.00	AOB 15°Lord.Standard
90.395.080.01	AOB_UserManual_DE_EN

Lordose 15°, Stark (normale Taillierung)

REF	Produkt
22.102.0XX.00	AOB 15°Lord. Stark
90.395.080.01	AOB_UserManual_DE_EN

Zubehör

Notwendiges Zubehör

AOB Verschluss inkl. Nieten zur Befestigung			
REF	**Produkt**	**Höhe/mm**	**für Größe**
22.003.170.00	AOB Verschluss 170mm	170	7
22.003.200.00	AOB Verschluss 200mm	200	9
22.003.220.00	AOB Verschluss 220mm	220	11, 13, 15
22.003.240.00	AOB Verschluss 240mm	240	17, 19

Optionales Zubehör

Reklinationsbügel		
REF	**Produkt**	**für Größe**
22.004.002.00	AOB Reklinationsbügel Gr M	7 - 13
22.004.003.00	AOB Reklinationsbügel Gr L	15 - 19

Dorsale Verstärkungsstäbe (Paar)		
REF	**Produkt**	**Länge/mm**
22.110.230.00	AOB Verstärkungsstäbe 230mm	230
22.110.280.00	AOB Verstärkungsstäbe 280mm	280
22.110.300.00	AOB Verstärkungsstäbe 300mm	300
22.110.320.00	AOB Verstärkungsstäbe 320mm	320
22.110.350.00	AOB Verstärkungsstäbe 350mm	350
22.110.370.00	AOB Verstärkungsstäbe 370mm	370

Anwendung/Anpassung

Auswahl der Größe

Nehmen Sie von Hüfte, Taille und Brustkorb die Umfangsmaße des Patienten. Wählen Sie anhand der Größentabelle den geeigneten AOB-Rohling aus, wobei das Taillenmaß am wichtigsten ist. Die Abweichung der übrigen Maße darf maximal je 4 cm nach oben oder unten betragen. Entscheidend ist die Passform der Orthese am Patienten.

Anprobe des AOB-Rumpf-orthesenrohlings

Vergewissern Sie sich bei dem behandelnden Arzt, dass der Patient in der Lage ist, die Orthese anzuprobieren. Der Patient sollte ein T-Shirt oder Korsetthemd tragen. Beckenschiefstände müssen vor der Anprobe ausgeglichen werden. Legen Sie dem Patienten den Rohling an, fixieren Sie den Rohling mit einem einfachen Gurt und prüfen Sie, ob die Größe korrekt ist. Die Orthese muss in der Taille fest anliegen. Beachten Sie die ärztlichen Vorgaben. Je stärker Sie die Ränder kürzen, desto weniger Wirbelsäulensegmente werden eingefasst und desto mehr Bewegungen werden freigegeben.

Zuschnitt

Der Zuschnitt der AOB muss in jedem Fall individuell auf den Patienten abgestimmt sein und entsprechend den ärztlichen Vorgaben ausgeführt werden. Beachten Sie die allgemein anerkannten fachlichen Regeln des Orthopädietechniker-Handwerks für die Herstellung von Rumpforthesen.

Zuschnitt distaler Rand

Ventral Beinausschnitte freischneiden, so dass die Beine min. 90° gebeugt werden können. Das Schambein sollte noch eingefasst sein. Den dorsalen Rand so zuschneiden, dass beim Sitzen ein Spielraum von ca. 2 cm zwischen Stuhl und Rand bleibt. Lateral über den Trochantern den Rand nur wenig kürzen, wenn die Seitneigungen (Lateralbewegungen) eingeschränkt werden sollen.

Zuschnitt proximal

Der Rand verläuft ventral ca. 2 cm unterhalb des Brustbeins und dorsal etwa 2 cm unterhalb der Schulterblätter. Lateral die Ränder soweit kürzen, dass die Armbewegungen nicht behindert werden.

Zuschnitt ventral

Die AOB muss vorne ca. 5 – 10 cm überlappen. Die Ränder sollten parallel zueinander verlaufen. Reicht die Überlappung nicht aus, muss eine zusätzliche Lasche angebracht werden.

Anprobe des AOB-Rumpf-orthesen-Zuschnitts

Probieren Sie die AOB-Rumpforthese erneut an und prüfen Sie den Randzuschnitt. Lassen Sie den Patienten, wenn möglich, mit der Orthese stehen, gehen und sitzen. Führen Sie ggf. Änderungen aus.

AOB-Verschluss montieren

Entsprechend der vorderen Höhe der AOB-Rumpforthese den passenden Verschluss aussuchen und mit den mitgelieferten Blindnieten (Ø 5mm) in mittlerer Position aufnieten.

AOB-Reklinationsbügel anbringen
Um die Inklination und Rotation der Wirbelsäule wirksam einzuschränken, sind Reklinationsbügel erforderlich. Die AOB-Reklinationsbügel müssen in jedem Fall individuell, bei fest angelegter Orthese an den Patienten angepasst werden.
Die Pelotten sollten bei aufgerichtetem und geradem Oberkörper unterhalb des Schlüsselbeins leicht anliegen. Dazu die Aluminiumschienen ggf. mit Schränkeisen anrichten und im Gelenk verstellen.

Endfertigung der AOB-Rumpforthese
Alle scharfen Kanten und Ränder müssen abgerundet werden, um eine Verletzungsgefahr auszuschließen. Nietköpfe abkleben. Gegebenenfalls die Ränder des LDPE mit einer Heißluftpistole leicht anwärmen (max. 120°C) und bördeln bzw. Druckstellen punktuell ausbiegen. Falls erforderlich, Polsterungen in die Orthese einkleben.
Zur besseren Ventilation können Perforierungen gebohrt werden (Bohrer max. Ø 5mm). Die Stabilität darf durch die Perforation nicht beeinträchtigt werden.

Komfort/Hygiene

Die Orthese nicht direkt auf der Haut tragen, sondern über einem dünnen Textil (z. B. T-Shirt oder Unterhemd).

Material

100 % LDPE

Produktpflege/ Reinigung/Wartung

AOB-Teile nach Gebrauch mit feuchtem Tuch und milder Seife abwischen. Desinfektion z.B. durch Sagrotan-Spray, Kodan-Spray, 3%ige Wasserstoffperoxid- Lösung, etc. möglich. Rückstände von Seife oder Desinfektionsmittel unbedingt entfernen. Keine scharfen Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Lagerung/Entsorgung

Produkt in der Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren. Vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit schützen. Das Produkt enthält keine umweltgefährdenden Stoffe. Es kann über den Hausmüll entsorgt werden.

Zeichenerklärung

Hersteller

Herstellungsdatum

Vertreiber

Importeur

EC REP Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft

LOT Chargennummer

REF Artikelnummer

SN Seriennummer

UDI Data Matrix der UDI

Gebrauchsanweisung beachten

Achtung

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte (MDR)

Einzelner Patient, mehrfach anwendbar

Trocken aufbewahren, vor Nässe schützen

Vor Lichteinstrahlung schützen

Temperaturbegrenzung

Luftfeuchte Begrenzung

Atmosphärische Druckbegrenzung, für Transport und Lagerung

MD Medizinprodukt

Contents

Description	EN-2
Indication	EN-2
Contraindication	EN-2
Function	EN-2
Reimbursement Code	EN-3
Medical Device	EN-3
Safety	EN-3
REF/Sizes	EN-4
Scope of Delivery	EN-5
Accessories	EN-6
Application/Adjustment	EN-7
Comfort/Hygiene	EN-8
Material	EN-8
Product Care/Cleaning/Maintenance	EN-8
Storage/Disposal	EN-9
Legend to Symbols	EN-9

Description

The AOB Torso Brace, the AOB closure and the AOB reclination support are semi-finished parts for the fabrication of torso orthoses. For every patient, each component has to be selected and adjusted individually by the orthopedic technician according to the doctor's specifications. The AOB Torso Brace comes as an anatomically pre-shaped blank shape made of LDPE (thickness: 3mm). The AOB closure is fully prefabricated. 6 blind rivets, which can be used to attach the closure to the AOB Torso Brace, are included in the delivery. The AOB reclination supports are made of pre-shaped aluminum bars which can be adjusted in angle and feature a padded panel. A leather strap, which can be used to connect the two panels, is also part of the delivery. If donned correctly, the orthosis exerts pressure onto the abdomen and stabilizes the spine. If the reclination supports are added, both inclination and rotation can be limited.

Indication

- Fixation / immobilization of the spine in the lumbosacral and the thoraco-lumbar region.
- Conservative treatment of painful, instable spine segments, e.g. degenerative diseases of the spine (spondyloarthropathy, osteoporosis, spinal disc defects, etc.)
- Post-traumatic treatment (vertebral fractures, compression fractures)
- Postoperative use, securing the surgical result
- Preventative use on at-risk patients

Contraindication

- Non-compliant patients

Function

Immobilization and stabilization of the spine.

Reimbursement Code

Target HMV-No.: 23.15.01.0XXX

Medical Device

MD The AOB Torso Brace is a medical device.

⚠ Safety

- Before this device is used, the orthosis has to be individually adapted to the patient by an experienced orthopedic technician and the patient has to be trained in the orthosis' use according to the doctor's instructions.
- Incorrect selection, adaptation, application, and/or failure to monitor the correct fit of this product may cause health damage.
- Check orthosis for damage (such as loose connections, fasteners, belts, etc.) each time it is put on.
- Do not remove the textile label from textile products.
- In case you suspect any performance malfunctions (e.g. an apparent reduction or lack of effect), immediately call on your doctor or orthopedic technician.
- All serious incidents that occur in connection with this product have to be reported to the Wilhelm Julius Teufel GmbH and the competent authority of the member state in which you are established. A „serious incident" is any incident that caused, may have caused, or may cause, directly or indirectly, one of the following consequences:
  a) the death of a patient, user, or other persons
  b) temporary or permanent health deterioration of a patient, user or other persons
  c) a serious public health threat.
- Never wear the orthosis on broken skin.
- The orthosis must be checked for proper function, correct fit and potential damage by a doctor or orthopedic technician at regular intervals. The timing of these intervals has to be defined individually for each patient.
- Should the product have been subject to disproportionate stress, it must be checked for potential damage by an orthopedic technician before further use.
- Harmful pressure caused by the orthosis may cause skin injuries or disrupt blood flow and must be avoided.
- 1 This product is intended for use on one person. It may not be reused on another person.

REF/Sizes

AOB Version "Standard"

Lordosis 0°					
REF	**Product**	**Chest Circumference/cm**	**Waist Circumference/cm**	**Hip Circumference/cm**	**Size**
22.005.007.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz7	84	76	87	7
22.005.009.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz9	89	81	92	9
22.005.011.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz11	94	87	97	11
22.005.013.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz13	99	92	102	13
22.005.015.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz15	102	97	109	15
22.005.017.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz17	114	100	114	17
22.005.019.00	AOB Torso Brace 0° Lordosis Std Sz19	117	104	117	19

Lordosis 15°					
REF	**Product**	**Chest Circumference/cm**	**Waist Circumference/cm**	**Hip Circumference/cm**	**Size**
22.002.007.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz7	84	76	87	7
22.002.009.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz9	89	81	92	9
22.002.011.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz11	94	87	97	11
22.002.013.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz13	99	92	102	13
22.002.015.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz15	102	97	109	15
22.002.017.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz17	114	100	114	17
22.002.019.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Std Sz19	117	104	117	19

AOB Version „Strong“

Lordose 15°					
REF	Product	Chest Circumference/cm	Waist Circumference/cm	Hip Circumference/cm	Size
22.102.007.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz7	84	76	87	7
22.102.009.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz9	89	81	92	9
22.102.011.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz11	94	87	97	11
22.102.013.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz13	99	92	102	13
22.102.015.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz15	102	97	109	15
22.102.017.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz17	114	100	114	17
22.102.019.00	AOB Torso Brace 15° Lordosis Strong Sz19	117	104	117	19

Scope of Delivery

Lordosis 0°, Standard (less distinct waist)

REF	Product
22.005.0XX.00	AOB 0°Lord.Standard
90.395.080.01	AOB_UserManual_DE_EN

Lordosis 15°, Standard (less distinct waist)

REF	Product
22.002.0XX.00	AOB 15°Lord.Standard
90.395.080.01	AOB_UserManual_DE_EN

Lordosis 15°, Strong (regular waist)

REF	Product
22.102.0XX.00	AOB 15°Lord. Stark
90.395.080.01	AOB_UserManual_DE_EN

Accessories

Required Accessories

AOB Closure incl. Rivets for Fastening			
REF	Product	Height/mm	for Size
22.003.170.00	AOB Buckle 170mm	170	7
22.003.200.00	AOB Buckle 200mm	200	9
22.003.220.00	AOB Buckle 220mm	220	11, 13, 15
22.003.240.00	AOB Buckle 240mm	240	17, 19

Optional Accessories

Reclination Support		
REF	Product	for Size
22.004.002.00	AOB Reclination Support M	7 - 13
22.004.003.00	AOB Reclination Support L	15 - 19

Dorsal Reinforcement Bars (Pair)		
REF	Product	Length/mm
22.110.230.00	AOB Dorsal Reinforcement Bars 230mm	230
22.110.280.00	AOB Dorsal Reinforcement Bars 280mm	280
22.110.300.00	AOB Dorsal Reinforcement Bars 300mm	300
22.110.320.00	AOB Dorsal Reinforcement Bars 320mm	320
22.110.350.00	AOB Dorsal Reinforcement Bars 350mm	350
22.110.370.00	AOB Dorsal Reinforcement Bars 370mm	370

Application/Adjustment

Selecting the Right Size

Measure the circumference of the patient's hips, waist and chest. Select the matching size according to the size chart. For this, the waist measurement is the most important measurement. The other measurements should not deviate from the measurements listed in the chart by more than 4cm.

Fitting the AOB Torso Brace Blank

Check with the doctor whether the patient is able to try on the orthosis. The patient should be wearing a T-shirt or an undershirt. Any possible pelvic obliquity should be corrected before the orthosis is tried on. Help the patient don the brace blank, close the blank with a simple strap, and check if the size fits the patient. The orthosis should fit snugly around the waist. Please pay heed to the doctor's instructions. The more material you cut off around the edges, the less spine segments will be covered and the bigger will the range of possible motions be.

Cutting the AOB Blank

The cut of the AOB always has to be individually adjusted to the patient, while always also considering the doctor's instructions. Please follow the generally recognized rules of the trade for the fabrication of a torso orthosis.

Cutting the Distal Edge

Shape the ventral leg cut-out in a way that allows the patient to bend his legs by at least 90°. The pubic bone should remain covered by the orthosis. Cut the dorsal edge so that a distance of about 2cm remains between the chair and the orthosis' edge when the patient is sitting. Only slightly shorten the edges above the trochanters in case you want to limit lateral movement.

Proximal Standard Cut

The ventral edge should be about 2cm below the sternum, and the dorsal edge should end about 2cm below the shoulder blades. The lateral edges should be cut back far enough so the patient's arm movements are not restricted.

Ventral Standard Cut

The AOB has to overlap by about 5-10cm in the front. The edges should be parallel. If the overlap is too small, an additional strap should be attached to the orthosis.

Fitting the AOB Torso Brace

Help the patient try on the brace again, and check the shape of the edges. If possible, ask the patient to stand, sit and walk with the orthosis. Make more adjustments if necessary.

Mounting the AOB Closure on the Orthosis

Select a matching closure according to the anterior height of the orthosis. Attach it in a central position with the included blind rivets (Ø 5mm).

Attaching the AOB Reclination Support
To effectively limit inclination and rotation of the spine, the reclination supports have to be installed. The supports have to be adjusted individually to the patient while the patient is wearing the orthosis. When the patient's upper body is positioned upright, the panels should ligthly touch the patient below the clavicula. If necessary, use bending irons to shape the aluminum bars and bend the bars at the joints.

Finishing the AOB Torso Orthosis
All sharp edges have to be rounded off to eliminate any risk of injury. Mask all rivet heads. If necessary, lightly heat the edges of the LDPE with a hot air gun (max. 120°C) and flare them/ bend the material to remove any pressure spots. If necessary, glue some padding to the inside of the orthosis. For better ventilation, perforation may be added (drill: max. Ø5mm). The stability of the orthosis may not be impaired by the perforation.

Comfort/Hygiene

Do not wear the orthosis directly on the skin, but instead over thin clothing (e.g. a T-shirt or a undershirt).

Material

100 % LDPE

Product Care/Cleaning/ Maintenance

Clean parts after use with a damp cloth and mild soap. The orthosis may be disinfected with Sagrotan spray, Kodan spray, a 3% hydrogen peroxide solution etc. Make sure to remove any residue of soap or disinfectant. Do not use any harsh cleaning agents or solvents on the orthosis.

Storage/Disposal

Store the product in its original packaging in a dry place. Protect from dust, dirt and moisture. This product does not contain any environmentally hazardous substances. It can be disposed of with regular household waste.

Legend to Symbols

Manufacturer

Date of Manufacture

Distributor

Importer

EC REP — EC Authorized Representative

LOT — Lot Number

REF — Part Number

SN — Serial Number

UDI — UDI Data Matrix

Follow User Manual

Caution

CE-Marking According to European Union Council Regulation 2017/745 Concerning Medical Devices (MDR)

Single Patient, for Multiple Use

Store in a Dry Place, Protect from Moisture

Protect from Sunlight

Temperature Limit

Humidity Limit

Atmospheric Pressure Limit, for Transport and Storage

MD — Medical Device

Notizen/Notes

Notizen/Notes

Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.teufel-international.com
www.wjt-ortho.com

90.395.080.01 Rev. 2022/06 © Wilhelm Julius Teufel GmbH